Ackrediteringens omfattning

Kalibreringslaboratorier enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Element Metech AB Kista Ackrediteringsnummer 0012

A000787-010

Pdf Printed

Massarelaterade storheter

Teknikområde	*Metod*	*Provtyp*	*Mätområde*	*Bästa mätförmåga (CMC) +/-*	*Mätprincip*	*Flex*	*Typ av flex*	*Fält*	*Anmärkning*
Volym	Intern metod; TSE/2014:PMM10051	Volymgenererande	>=0,1 - <=0,2µl	0,011µl	Gravimetrisk	Ja	2	Nej	Pipetter
		Volymgenererande	>0,2µl - <=0,5µl	0,016µl	Gravimetrisk	Ja	2	Nej	Pipetter
		Volymgenererande	>0,5µl - <=1,25µl	0,019µl	Gravimetrisk	Ja	2	Nej	Pipetter
		Volymgenererande	>1,25 - <=2,5µl	0,025µl	Gravimetrisk	Ja	2	Nej	Pipetter
		Volymgenererande	>1000µl - <=5000µl	2,0µl	Gravimetrisk	Ja	2	Nej	Pipetter
		Volymgenererande	>100µl - <=200µl	0,28µl	Gravimetrisk	Ja	2	Nej	Pipetter
		Volymgenererande	>10µl - <=20µl	0,066µl	Gravimetrisk	Ja	2	Nej	Pipetter
		Volymgenererande	>2,5µl - <=5,0µl	0,037µl	Gravimetrisk	Ja	2	Nej	Pipetter
		Volymgenererande							